A Metrológiai Hatóság 2014. II. negyedévi ellenőrzési jelentése

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzések száma (db)	Az ellenőrzések eredményének összefoglaló értékelése	Megállapított jogsértések típusai
Sugárvédelmi dózis- és felületi szennyezettségmérők hitelesítésére feljogosított hitelesítést helyettesítő minősítő laboratórium ellenőrzése. 2014. 06.11-12.	1	A minősítésre használt radioaktív hiteles anyagminták rendben voltak, az országos etalonokra történő visszavezetettség biztosított. A minősítésre vonatkozó feltételek, a minősítés dokumentálása valamint a tanúsítás megfelelő volt.	Nem történt jogsértés
Folyamatos üzemű sűrűségmérő eszközök ellenőrzése olajszállító vezetéken. 2014.03.21. , 2014.05.16.	2	Az ellenőrzött mérőeszközök érvényes hitelesítéssel rendelkeztek, a bizonyítványok fellelhetőek voltak a tanúsító jelek épek és olvashatóak.	Nem történt jogsértés
Víztől eltérő folyadékok (ásványolaj-származékok) átfolyásmérő rendszereinek ellenőrzése 2014.03.21. , 2014.05.16.	2	Az ellenőrzött mérőeszközök érvényes hitelesítéssel rendelkeztek, a bizonyítványok fellelhetőek voltak a tanúsító jelek épek és olvashatóak.	Nem történt jogsértés